Tilläggsavgift för ändring av temperaturområdet för TA- och WiFi-givare upp till +600 °C

Art nr: SLU119



Hårdvarujustering av räckvidden för intern CO2-sensor

Tilläggsavgift för hårdvaruändring av det standardmässiga temperaturmätområdet till upp till +600°C.
Endast för Web Sensor 2.0-givare TA4611, TA4621, TA3465 eller trådlösa WiFi-givare W0711 och W0741.

Enheter TA4611, TA4621 och TA3465
Mätområde: -200 °C till +600 °C
Noggrannhet: ±0,2 °C i området upp till +100 °C; ±0,2 % av mätvärdet i området över +100 °C

Enheter W0711 och W0741
Mätområde: -150 °C till +600 °C
Noggrannhet: ±0,2 °C i området upp till +100 °C; ±0,2 % av mätvärdet i området över +100 °C

Denna tjänst är normalt endast tillgänglig vid köp av en ny enhet.
För att ändra mätområdet på en tidigare inköpt enhet, kontakta vår serviceavdelning.

Tekniska specifikationer